



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

Ofício Pregão nº 108/2019

Pregão Presencial nº 96/2019 – Oxigênio Medicinal e Concentrador de Oxigênio

Pirassununga, 14 de outubro de 2019.

Trata-se de pedido de esclarecimento com teor de impugnação encaminhado por empresa interessada em participar do Pregão acima descrito, conforme segue, cuja unidade requisitante manifestou-se:

Referente ao Concentrador de Oxigênio, solicita a retificação de "equipamento bivolt" para "equipamento 110v ou 220v", alegando que não há concentradores de oxigênio bivolt disponível no mercado brasileiro e sim concentradores de Oxigênio 110 ou 220 volts, atendendo perfeitamente a necessidade de cada usuário.

Resposta: O equipamento solicitado - Concentrador de Oxigênio - deverá ser fornecido pela empresa vencedora de acordo com a voltagem da residência do paciente, seja ela 110V ou 220V.

Nestes termos, será aceito equipamento com voltagem 110v ou 220v.
Quando da entrega, a Secretaria Municipal da Saúde deverá informar a voltagem exata para atendimento ao paciente.

Rafaela C. Machnosck Martins
Pregoeira