



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 1874/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2020

1. Tipo do Objeto:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	366.40023.40	1	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA CADEIRA ODONTOLÓGICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	17.566,67	17.566,67

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE: DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA: OTIMIZANDO O ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA BOTÃO ON/OFF: LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE: BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS: TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVação: ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO: INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220 V -50/60HZ. ENCOSTO DA CABEÇA: ENCOSTO DA CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIPOSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA, AMBIDESTRO, COM REGISTRO NA ANVISA.

EQUIPO:

- COMPOSIÇÃO: 01 SERINGA TRÍPLICE, 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO.
- EQUIPO CART: MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, PROPORCIONANDO GRANDE DURABILIDADE, MOVIMENTAÇÃO ÁGIL E SUAVE.
- PEDAL: PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DE VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.

- SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.

- MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS.

- SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL.

- TAMPO DE INOX: REMOVÍVEL, FÁCIL DE LIMPAR, GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO.

- PINTURA: NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;

- PUXADOR: BILATERAL.
COM REGISTRO NA ANVISA

UNIDADE DE ÁGUA:

- CUBA PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. SISTEMA DE REGULAGEM DE VAZÃO DA ÁGUA, PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI). UNIDADE DE ÁGUA REBATÍVEL, UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. RESERVATÓRIO: RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 800ML PARA ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRÍPLICE.
REFLETOR: SENSOR 5 LEDS: SISTEMA ÓPTICO COM 5 LEDS, TRÊS INTENSIDADES: 15000, 25000 E 35000 LUX (COM VARIAÇÃO DE +-10%).

CABECOTE: EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. É LEV, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. NOVO DESIGN QUE APRESENTA CORPO MAIS ROBUSTO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PUXADORES: BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA, POSSIBILITA ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. O POSICIONAMENTO DOS PUXADORES POSSIBILITA A ESCOLHA DA POSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. PROTETOR FRONTAL: REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSOL.

Vlr Total Itens 17.566,67

2. Justificativa

CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 4061, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PARA OS MUNICÍPIOS QUE IMPLANTARAM EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2018; CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA FOI BENEFICIADO;
CONSIDERANDO QUE JÁ FOI EFETIVADA A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS;
CONSIDERANDO QUE A VERBA É FEDERAL; SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA CONFORME DESCRITIVO E ORÇAMENTOS ANEXOS.

3. Entrega

CONFORME CONTRATO

ENTREGA TOTAL.

30 DIAS

4. Pagamento

DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.

10 DIAS.