



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 4679/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 89/2020

1. Tipo do Objeto:

Objeto: Aquisição de mobiliário hospitalar para UTI-COVID e Unidade Sentinela

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	407.180000.1	2	UN	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS, SENDO 3 PARA USO GERAL E 1 COM DIVISÓRIA	3.166,67	6.333,33
CARRO DE EMERGÊNCIA COM 4 GAVETAS COM DIVISÓRIA EM ABS PARA MEDICAMENTOS. PINTURA EPÓXI; RODÍZIOS DE 05 POLEGADAS, SENDO 02 COM FREIOS E GIRO DE 360º GRAUS; CHAPAS DE AÇO, REVESTIDA DE PINTURA EPÓXI; 04 GAVETAS SENDO: 01 COM NO MÍNIMO 21 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS E 03 PARA USO GERAL; TRAVA NAS GAVETAS; PORTA BASCULANTE; MESA SUPERIOR EM AÇO INOX; 01 TÁBUA RÍGIDA PARA MASSAGEM CARDÍACA; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; SUPORTE PARA SORO; SUPORTE CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR; TOMADA ELÉTRICA. COM REGISTRO NA ANVISA						
2	407.127000.2	2	UN	CARRO MACA HOSPITALAR	4.830,00	9.660,00
CARRO MACA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA - ELEVAÇÃO DO LEITO - COM SUPORTE PARA CILINDRO ESPECIFICAÇÕES: - CARRO MACA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA; - LEITO FIXO ESTOFADO, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM; - CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; - GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO; - REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL; - SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR; - PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATROS CANTOS DO LEITO; - GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO; - SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T); - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5"QUOT; EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL; - ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO. CAPACIDADE APROXIMADA: ATÉ 110 KG DIMENSÃO MÍNIMA: 1960 X 600 X 630 MM – ALTURA : 970 MM ALTURA MÍNIMA ALTURA : 0,97M ACOMPANHA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. COM REGISTRO NA ANVISA						
3	407.233000.449	10	UN	ESCADA COM 02 DEGRAUS	226,67	2.266,67
Escada 2 degraus multiuso: Com ferragem reforçada na cor branca; fabricada em tubo 3/4 chapa 18; pintura eletrostática a pó; Processo de soldagem MIG; degrau com borracha antiderrapante na cor preto; pés antiderrapantes na cor preto; Suportar carga de no mínimo 120 Kg; com Largura 41 cm , profundidade 39 cm e altura de 41 cm Largura do degrau 14 cm. Garantia de fabrica de no mínimo 2 anos.						
4	407.1880006.493	6	UN	MESA AUXILIAR	1.366,67	8.200,00
MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIO, UTILIZADO PARA DESCANSO E APOIO DE QUALQUER TIPO DE INSTRUMENTO HOSPITALAR, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ESTRUTURA (TAMPO E PRATELEIRA) EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO POLIDO. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM,						
5	407.1880000.3	4	UN	MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80 EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIO	1.433,33	5.733,33
MESA AUXILIAR 90 X 50 X 80, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIO, UTILIZADO PARA DESCANSO E APOIO DE QUALQUER TIPO DE INSTRUMENTO HOSPITALAR, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ESTRUTURA (TAMPO E PRATELEIRA) EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO POLIDO. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM,						
6	407.500000.2	5	PC	POLTRONA HOSPITALAR	3.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO/ FERRO PINTADO; MOVIMENTOS INDEPENDENTES: NÃO POSSUI; ASSENTO/ ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN; CAPACIDADE: 120KG; RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL; DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO						
PRODUZIDA COM REVESTIMENTO ANTI BACTERIANO, ANTICHAMAS E IMPERMEÁVEL, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E MÁXIMO CONFORTO AO USUÁRIO. DESCRIÇÃO: MECANISMO DE REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA E PISTÃO A GÁS. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO CARBONO PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO. ESTRUTURA ASSENTO E PESEIRA EM METAL PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO. BASE EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO. BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PINTADOS E APOIO DE BRAÇOS COM ESTRUTURA TOTALMENTE ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO BRAÇADEIRAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTE EM AÇO INOX COM PINO AJUSTÁVEL DE ALTURA PARA FACILITAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS QUE PROTEGEM O PISO DE AMBIENTE. REVESTIMENTO EM COURVIM OU POLIURETANO. ESPUMA DE PRIMEIRA RESISTÊNCIA E LONGA DURABILIDADE. ENCOSTO EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33 E ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28, COM MAIOR RESISTÊNCIA PARA CONFERIR MAIOR CONFORTO E EVITAR A DEFORMAÇÃO. TRATAMENTO BACTERIOSTÁTICO E ANTICHAMAS. DEVERÁ SER APRESENTADO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.						
					Vir Total Itens	47.193,33

2. Justificativa

Diante da informação do DRS-X, na data de 25 de junho de 2020 sobre a disponibilidade do envio de 5 respiradores ao município; a gestão da saúde, considerando o panorama epidemiológico, entendeu a relevância na montagem em caráter de urgência de novos leitos de UTI para atendimento específico a pacientes com suspeita ou diagnosticados com Covid-19. E também para ampliar a Equipe de profissionais da Unidade Sentinela que se tornou o Centro de Atendimento ao Enfrentamento da Covid-19. O propósito se fez necessário para evitar que faltassem leitos e cuidados intensivos à população durante a pandemia no município de Pirassununga e assegurar o atendimento a pacientes críticos, mais vulneráveis no único hospital da cidade. Trata-se de uma medida preventiva de assistência complexa, com exigência de equipe e equipamentos especializados onde serão monitorados por 24 horas pacientes em situações mais graves, após informação da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga através de ofício 220/2020 que possui UTI Adulto, tipo II com capacidade para 10 leitos, sendo 6 Leitos SUS e 4 Leitos não SUS. Dos 04 leitos não SUS, 2 deles em ambiência isolada e poderão ser disponibilizados ao tratamento da Covid-



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

19. Também informou que possui 7 aparelhos respiradores sendo que 01 se encontra em manutenção, sem previsão para disponibilidade de uso. Frente a esses quadro que se desenhava em nosso município, em que os informes epidemiológicos apontavam um crescente número de contaminados que refletia proporcionalmente na ocupação de leitos de enfermagem e subseqüente de UTI; também pela necessidade de transferência de pacientes diante de um pico de ocupação na UTI, e pelo número crescente de óbitos que ainda registra o município; a Gestão da Secretaria da Saúde, em amparo a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga solicita a compra de Equipamentos duráveis e não duráveis para a montagem da UTI Covid que se utilizará dos mesmos com Termos de Permissão de Uso. Entre eles, os seguintes mobiliários hospitalares: 01 carro de emergência 05 poltronas 01 carro maca hospitalar Também pela necessidade de reestruturar e equipar a Unidade Sentinela solicito a aquisição dos seguintes mobiliários hospitalares: 01 Carro de emergência 01 carro maca hospitalares 04 mesas auxiliares hospitalar inox 90x50x80 06 mesas auxiliares hospitalar inox 40x60x80 10 escadas com 2 degraus para a maca hospitalares Desta forma, solicitamos a compra em caráter emergencial dos itens acima mencionados, haja vista a Lei 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de COVID-19, o Decreto Municipal 7474/2020 o qual declara situação de emergência no município de Pirassununga e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia

- 3. Entrega** ALMOXARIFADO DA SAÚDE
ENTREGA TOTAL.
10 DIAS ÚTEIS.
- 4. Pagamento** DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
10 DIAS.