



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 2188/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2021

1. Tipo do Objeto:

Objeto: Registo de Preços de kit de teste rápido para pesquisa de antígeno (Covid-19)

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	406.570000.1	11250	UN	KIT TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO	30,67	345.037,50
<small>TESTE RÁPIDO PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA BASEADO EM OURO COLOIDAL PARA DETECÇÃO DO ANTIGENO DE SARS-COV-2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SENSIBILIDADE SUPERIOR A 85% ESPECIFICIDADE SUPERIOR A 99% E PRECISÃO ACIMA DE 95% COM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS. O KIT DEVE POSSUIR TODOS OS INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE SENDO: CASSETE PLÁSTICO COM ORIFÍCIO DE AMOSTRA E JANELA DE LEITURA DO RESULTADO SENDO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACHE APROPRIADO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DE NOME DO PRODUTO LOTE, VALIDADE E ONDE DEVE CONSTAR OS DIZERES (PROIBIDA A VENDA, USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO PÚBLICO) NÃO SERÃO ACEITOS ESTES DIZERES AFIXADOS EM FORMA DE ETIQUETA AUTO ADESIVAS, O KIT DEVE CONTER SWAB ESTÉRIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE NASOFARINGE, TUBOS CONTENDO LÍQUIDO DE EXTRAÇÃO DA AMOSTRA. O TESTE DEVE CONTER LINHA DE TESTE E LINHA DE CONTROLE. OS TESTES DEVEM OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES</small>						
Vlr Total Itens						345.037,50

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	406.570000.1	3750	UN	KIT TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO	30,67	115.012,50
<small>TESTE RÁPIDO PELA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA BASEADO EM OURO COLOIDAL PARA DETECÇÃO DO ANTIGENO DE SARS-COV-2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS SENSIBILIDADE SUPERIOR A 85% ESPECIFICIDADE SUPERIOR A 99% E PRECISÃO ACIMA DE 95% COM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS. O KIT DEVE POSSUIR TODOS OS INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE SENDO: CASSETE PLÁSTICO COM ORIFÍCIO DE AMOSTRA E JANELA DE LEITURA DO RESULTADO SENDO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACHE APROPRIADO E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DE NOME DO PRODUTO LOTE, VALIDADE E ONDE DEVE CONSTAR OS DIZERES (PROIBIDA A VENDA, USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO PÚBLICO) NÃO SERÃO ACEITOS ESTES DIZERES AFIXADOS EM FORMA DE ETIQUETA AUTO ADESIVAS, O KIT DEVE CONTER SWAB ESTÉRIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE NASOFARINGE, TUBOS CONTENDO LÍQUIDO DE EXTRAÇÃO DA AMOSTRA. O TESTE DEVE CONTER LINHA DE TESTE E LINHA DE CONTROLE. OS TESTES DEVEM OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR REGISTRO DE PRODUTO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES</small>						
Vlr Total Itens						115.012,50

2. Justificativa É o presente solicitar a abertura de certame licitatório para aquisição de compra de Kits de teste rápido COVID-19 para pesquisa de antígeno. Justificativa e Objetivo: Os testes serão realizados pelos profissionais da Unidade Sentinela. Nele detecta se o indivíduo teve ou não contato com o vírus, ate mesmo para saber se está imune durante um tempo. Portanto, conforme indicação médica os exames atestarão contaminação por COVID-19 nos munícipes de Pirassununga que procurarem atendimento na Unidade Sentinela. Destinação: Pacientes e profissionais de saúde que apresentarem sintomas das COVID-19 ou tiveram contato com alguma forma de contato com o vírus.

3. Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ENTREGA PARCELADA.
CONFORME CONTRATO.

4. Pagamento DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
30 DIAS.