



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4/14

Pirassununga, 30 de novembro de 2021.

Processo Administrativo nº 4309/2021
Pregão Eletrônico nº 76/2021

Ao Setor de Licitação

Prezado Senhor,

Afirmo que as empresas detentoras das melhores propostas classificadas no Pregão Eletrônico nº76/2021 encaminhou as amostras do item conforme abaixo informado.

Informo que, após avaliação técnica dos produtos apresentados, as amostras foram:

Empresa Vencedora	Nº do Item	Descrição do Item	Situação
ROCHE	1	Tira reagente para detecção de glicemia capilar. Monitor com codificação automática.	Amostra Aprovada

Empresa Vencedora	Nº do Item	Descrição do Item	Situação
SR	5	Seringa descartável de 1ml com agulha para aplicação de Insulina	Amostra Aprovada

Diante do exposto, justifica-se a aprovação das amostras apresentadas.

Atenciosamente,

Ana Paula Venancio Ribeiro
Coordenadora de Enfermagem Estratégia Saúde da Família



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Siqueira Campos, nº 1116, Centro, Tel. (19)3562-7848




À
Seção de Licitação
Referente Prot. nº 4309/2021
Pregão Eletrônico 76/2021
A/C: Rafaela C. Machnosck Martins – Pregoeira

Em atenção ao solicitado na fl. 413, venho através deste informar que as empresas SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI-ME, e DAKFILM COMERCIAL LTDA apresentou todos os documentos solicitados em anexo VI deste edital.

Atenciosamente,

Pirassununga, 01 de Dezembro de 2021.


Dra Maria Aparecida Morselli Ramalho
Médica Responsável – Visa
CRM 24.050



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

416
①

Pirassununga, 01 de dezembro de 2021.

Processo Administrativo nº 4309/2021
Pregão Eletrônico nº 76/2021

Ao Setor de Licitação

Prezado Senhor,

Informo que após análise documental solicitada no descritivo, a amostra aprovada de Tira Reagente para Detecção de Glicemia, informou apresentar cópia de estudo comprobatório de cumprimento das exigências de precisão dos resultados da glicemia, apresentou cópias de certificado de boas práticas de fabricação vigentes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bula, Instruções de uso, catálogo e registro das tiras e monitor.

A amostra de Seringa Descartável de 1ml com agulha para aplicação atendeu a NBR 8357 de 03/08/2012, conforme RDC 03/2011/ANVISA e anexo alterado peça RDC 27/2014/ ANVISA e apresentou selo do INMETRO.

Atenciosamente

Ana Paula Venâncio Ribeiro
Coordenadora de Enfermagem Estratégia Saúde da Família