



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR DE COMPRAS



Relatório referente as amostras dos Itens nº 86, 87 e 145

Processo 5396/2022 Pregão Eletrônico nº 14/23

Referente as amostras (86 e 87) e (145) entregues respectivamente pelas empresas HOSPILAR COM. MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI- EPP e LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, informamos que as mesmas não atendem integralmente o descritivo solicitado no termo de referência pelos motivos expostos abaixo:


Em nosso termo de referência:

Item nº	Descrição do item
86	TALA MOLDÁVEL TAMANHO GG-TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA. COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDA E ARAME GALVANIZADO. NÃO ESTÉRIL. USO ADULTO E INFANTIL. USO ÚNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO GG. MEDIDA APROXIMADA 120 CM X 12 CM X 3 CM
87	TALA MOLDÁVEL TAMANHO M-TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA. COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDA E ARAME GALVANIZADO. NÃO ESTÉRIL. USO ADULTO E INFANTIL. USO ÚNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO M. MEDIDA APROXIMADA 63 CM X 9 CM X 2 CM
145	TALA MOLDÁVEL ARAMADA TAMANHO P-TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA. COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDA E ARAME GALVANIZADO. NÃO ESTÉRIL. USO ADULTO E INFANTIL. USO ÚNICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO P. MEDIDA APROXIMADA 53 CM X 8 CM X 3 CM

Enquanto as amostras apresentadas mencionam: TALA EM E.V.A.

Desta forma, entende-se que os itens mencionados NÃO estão de acordo com o descritivo solicitado.

Pirassununga, 07 de março de 2023


Caroline Rafaela Bortolon Barbosa
Agente de controle de vetores
Readaptada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa VP Medicamentos Eireli _Me

Em análise do material item 39, Atadura de crepe de 15 cm largura e com comprimento 1,8 e item 40, Atadura de crepe 20 cm e 1,8 m comprimento, ambos os comprimentos descritos em repouso da marca Soft, não atende aos requisitos:

- Fios do material espaçados
- Mal cobertura de lesão e ou ferimentos

A enfermagem tem como um dos princípios básicos preservar o cuidado

Continuado do paciente, e individualidade ao trabalho prestado. Visando isso na atadura tem como função primordial nesta vistoria impedir exposição do ferimento a ser tratado, sendo possíveis e indesejadas complicações se o material a ser utilizado não for eficaz.


Alessandra Carla Capelli
COREN-SP 695184 - ENF


Iara R. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0328440


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira


Ana Paula da Caridade
COREN-SP 392.116 - ENF
CNS - 700709970283774



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa Perola Importadora e Distribuidora hospitalar Eireli

Em análise do material Avental Descartável item 180 da marca Goldmed, se mostrou ineficaz na proteção de gotículas e secreções ao realizar teste, sua permeabilidade é instantânea aos testes realizados pela equipe avaliadora deste produto.

O Avental descartável é um produto indicado para uso em ambiente médico hospitalar ou laboratorial, usados para proteger o corpo do paciente ou profissional da saúde para reduzir os níveis de contaminação/infecção.

A resolução RDC 379, 30 de Abril 2020 preve:

Resolução – RDC nº 379, da ANVISA, que altera a RDC nº 356/2020, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da Covid-19.


Alessandra Carla Capelli
COREN-SP 695184 - ENF

Atenciosamente


Iara R. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0328440


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira


Ana Paula de Caridade
COREN-SP 332.117 - ENF
CNS - 700709940263774



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa Fernanda Cesar Mathias Bedaque.

Em análise do material Mascaras Descartável item 02 da marca Descarpack das descrições:

3 lâminas, clipe revestido, flexível e adaptável a narina. Tecido TNT, 60 gr e 100% polipropileno, 50 unidades em sua caixa de tamanho 17,5 cm x 9,5 cm.

Atende as exigências de conforto e proteção em saúde, prevenindo o profissional contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.

Atenciosamente


Alessandra Carla Capelli
COREN-SP 695184 - ENF


Ana Paula L. Caridade
COREN-SP 392.716 - ENF
GNS - 70070930283774


Iara R. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0328440


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa Cirúrgica Iperó.

Em análise do material Papel Lençol item 95 da marca Medcal, não possui descrições em sua embalagem primária, sendo assim impossível avaliar a gramatura, metragem, comprimento e largura, ao manuseio do material tem uma qualidade notória, eficaz e de difícil ruptura do produto. Segmentos de boa qualidade no setor de saúde, preservando o conforto e segurança na prestação de serviço ao público saúde.

A saúde necessita de um material apropriado e resistente para cobrir macas, camas e superfícies, promovendo uma proteção contra contato direto de pessoas com locais de uso comum, fácil para higienização o Papel Lençol evita a contaminação e proliferação de doenças entre os pacientes. A incidência da pandemia do Coronavírus (Covid-19) torna a questão do uso de Papel Lençol descartável primordial.

Atenciosamente

Alessandra Carla Capelli
COREN-SP 695184 - ENF


Iara R. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0328440


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa Farmácia Produtor para Saúde

Em análise do material item 46, Atadura de crepe de 6 cm largura e com comprimento 1,8 m, e item 38, Atadura de crepe 10 cm e 1,8 m comprimento, ambos os comprimentos descritos em repouso da marca Orthocren, atende aos requisitos:

- Tamanho
- Largura
- Metragem
- Gramatura

A maior unidade no âmbito da saúde deste material se faz na fixação de curativos, aplicações ortopédicas como imobilizações, prevenção de contusões, dentre outro também utilizado em todos os kits de primeiros socorros extremamente úteis em muitas situações.

Ana Paula L. Caridade
COREN-SP 397.116 - ENF
CNS - 700709940283774

Atenciosamente


Alessandra Capella Capelli
COREN-SP 695184 - ENF


Iara R. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0328440


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Estratégia em Saúde da Família



Pirassununga, 10 de Março de 2023.

Prezado Senhores

Empresa VP Medicamentos Eirele _Me

Ficamos no aguardo do material para análise o qual não nos foi
apresentado.

Campo Cirúrgico.

Atenciosamente


Alessandra Carla Capelli
COREN-SP 695184 - ENF

~~Ana Paula L. Caridade~~
~~COREN-SP 392.118 - ENF~~
~~CNS - 700709940283774~~


Iara B. Corcetti
Enfermeira
COREN-SP 0326449


Eléa Fernandes da Silva
COREN-SP 464059
Enfermeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Processo Administrativo nº 5396/2022

À Seção de Licitação

Segue nas folhas retro as documentações apresentadas pelas empresas, bem como em anexo a este as manifestações da Secretaria Municipal da Saúde e das enfermeiras quanto às amostras apresentadas.

Atenciosamente,

Pirassununga, 13 de março de 2023.

Caroline R.B. Barbosa
Caroline Rafaela Bortolon Barbosa
Agente de Controle de Vetores- Readaptada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Av. Germano Dix, nº 3350, Jd. Carlos Gomes



À

Seção de Licitação

Referente Prot. nº 5396/2022

Pregão Eletrônico 14/2023

Em atenção ao solicitado na fl. 1461, venho através deste informar a conferência de documentos técnicos solicitados em anexo VIII deste edital. Segue abaixo a relação de empresas:

A empresa ALFALAGOS LTDA não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 1, 17, 29, 58, 63, 104, 105, 184, 185 e 196.

A empresa VP MEDICAMENTOS EIRELI não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 6, 39, 40, 53, 54, 69, 128, 132, 134, 139, 147, 153, 182 e 208.

A empresa ALFA E OMEGA – COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 7, 78, 94, 126, 127, 148, 168, 169, 170, 171, 204 e 206.

A empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e o registro no Ministério da Saúde do item 102.

A empresa PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 136 e 180.

A empresa M. TESTA CONFECÇÃO ME não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e o registro no Ministério da Saúde do item 140.

A empresa VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA não apresentou



licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 9, 12 e 130.

A empresa ALAIRCE ASSUMPÇÃO não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 11, 73, 74, 75, 76 e 141.

A empresa LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 21, 49, 138, e 181.

A empresa DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA EPP não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 37, 108, 198, 205, 210, 211 e 213.

A empresa SALVI E LOPES E CIA LTDA não apresentou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, AFE e os registros no Ministério da Saúde dos itens 55, 151, 191, 192, 197 e 203.

A empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA não apresentou os registros no Ministério da Saúde dos itens 4, 65, 77, 84, 85, 93, 142, 154, 172, 173 e 176. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, e AFE estavam de acordo.

A empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não apresentou os registros no Ministério da Saúde dos itens 8, 30, 42, 43, 44, 48, 62, 64, 92, 116, 119, 120, 121, 122, 137, 143, 144, 178, 179, 190 e 200. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, e AFE estavam de acordo.

A empresa MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP não apresentou os registros no Ministério da Saúde dos itens 149 e 167. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, e AFE estavam de acordo.

A empresa LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA não apresentou o registro no Ministério da Saúde do item 20, os demais itens apresentou corretamente. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, e AFE estavam de

acordo.

A empresa FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP não apresentou os registros no Ministério da Saúde dos itens 34, 35, 67 e 146, os demais itens apresentou corretamente. Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, e AFE estavam de acordo.

As demais empresas a seguir atenderam corretamente ao solicitado em Anexo VIII deste edital, apresentando licença de funcionamento, AFE e registros dos itens:

FERNANDA CESAR MATHIAS BEDOQUE;
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA;
COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELE-ME;
ROSICLER CIRURGICA LTDA;
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA;
HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI EPP;
CIRURGICA KLG EIRELI;
J.N.S TEXTIL LTDA;
NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA;
PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI;
MEDICAL GRAPHICS PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA;
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA;
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;
A.C.L. ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA-EPP;
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.

Atenciosamente,

Pirassununga, 16 de Março de 2023.


Dr. Renato S. Ávila
Médico
CRMSP 58699

Dr. Renato de Souza Ávila
Médico Responsável – Visa
CRM 58.699