



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2838/2023

Nº Licitação: 54

Modalidade: PREGÃO

Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
1	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO CONFECCIONADO EM NYLON APARELHO COMPLETO COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO COM MOSTRADOR GRADUADO E MM HG BRACADEIRA COM FECHO DE VELCRO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE E FLEXIVEL QUE SE MOLDE FACIL MENTE AO BRACO DOTADO DE TIRA PARA FIXACAO DO MANOMETRO MANGUITO E PERA FABRICADOS EM BORRACHA LATEX SEM EMENDAS DE SUBPECAS QUE APRESENTAM RESISTENCIA E PERFEITA VEDACAO COM VALVULA DE CONTROLE DE SAIDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL COM SELO DE REGISTRO DO INMETRO TAMANHO APROX 15CM DE COMP X 11 5CM DE LARG	UN	15,0000	172,54	2.588,10
2	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA. TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM INFRAVERMELHO DE TESTA E SEM CONTATO, COM MEDICAO DE TEMPERATURA CORPOREA, AMBIENTES E SUPERFICIES, ACOMPANHA CAPA OU ESTOJO E PILHAS (COM REGISTRO NA ANVISA).	UN	25,0000	166,22	4.155,58
3	OXIMETRO DE PULSO OXIMETRO DE PULSO COM REGISTRO NA ANVISA, COM MONITORIZACAO DE BATIMENTOS CARDIACOS, PORTATIL, QUANDO FORA DA BASE E DE MESA QUANDO ALOJADO NA BASE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE), TECNOLOGIA DE MEDICAO DIGITAL, ALARMES DE PARAMETROS PROGRAMAVEIS (TODOS), MEDICOES PRECISAS E PERFUSOES BAIXAS, ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDICOES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO, SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDICOES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE; BATERIAS RECARREGAVEIS TIPO AA, (DE FACIL REPOSICAO) COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTINUO OU 72 HORAS EM STANDBY, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATE 24 HORAS DE MONITORAMENTO, COMUNICACAO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERACAO DA MONITORIZACAO ARMAZENADA NA MEMORIA INTERNA DAS ULTIMAS 24 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDENCIA DE INFORMACOES ARMAZENADAS NA MEMORIA, DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRFICA, INDICACAO NUMERICA E BARRA GRAFICA OU COM NUMEROS GRANDES E BARRA GRAFICA, RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZACAO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ, AJUSTE DA RETRO ILUMINACAO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE, MONITORIZACAO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NIVEL AJUSTAVEL, SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL, DIMENSÕES MINIMAS 13,5 X 6,5 X 3 CM, PESO MINIMO: 118G, ACOMPANHADO DE NO MINIMO: 01 SENSO DE OXIMETRIA ADULTO (CLIP), 01 BASE CARREGADORA, 01 BATERIA RECARREGAVEL, MANUAL DO USUARIO. USO PELO CORPO DE BOMBEIROS	UN	4,0000	2.589,83	10.359,32
4	OTOSCOPIO SIMPLES COM CARREGADOR DE MESA E	UN	10,0000	1.772,25	17.722,50



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2838/2023

Nº Licitação: 54

Modalidade: PREGÃO

COM BATERIA DE LITIO
OTOSCÓPIO LED FIBRA ÓTICA - COM CARRGADOR
DE MESA E BATERIA DE LÍTIO, 10 ESPECULO
REUTILIZÁVEIS. ILUMINAÇÃO CLARA E HOMOGENEA
COM LED DE ALTO DESEMPENHO: TEMPERATURA DE
COR DE ATÉ 4000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO >90;
ILUMINAÇÃO COM FIBRA ÓTICA DISTAL COM
LÂMPADA LED; VISIBILIDADE SEM REFLEXO; JANELA
DE VISUALIZAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DE 3 X; LENTE
DE VISUALIZAÇÃO GIRATÓRIA INTEGRADA; LENTE
ANTIRRISCOS; CLIPE SUPORTE DO INTERRUPTOR
INTEGRADO DEVERÁ PROPORCIONAR
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO COLOCADO
NO BOLSO; COM 10 ESPECULO: 5 ESPECULO DE 4MM
E 5 ESPECULO DE 2.5MM; ERGONÔMICO; À PROVA
DE CHOQUE; RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE

5	DETECTOR FETAL DE MESA DESCRIÇÃO MÍNIMA: DETECTOR FETAL DE MESA PORTÁTIL DIGITAL COM DISPLAY LCD COLORIDO. INDICADO PARA MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. PERMITE ARMAZENAR ATÉ 4 HORAS DE GRAVAÇÃO CONTINUA (EM MEDIA 100 EXAMES). FUNCIONA PELO PRINCÍPIO DOPPLER DE ULTRASSONOGRRAFIA QUE DETECTA MOVIMENTOS E FLUXOS EM FREQUÊNCIAS PRÓXIMAS DE 2 MHZ. FAZENDO A AMPLIFICAÇÃO SONORA ELETRONICAMENTE. TRANSMITIR O SOM DO CORAÇÃO FETAL ATRAVÉS DE UM ALTO FALANTE EMBUTIDO. EXIBIR AS INFORMAÇÕES CONTINUAMENTE NO PAINEL FRONTAL (DISPLAY LCD - CRISTAL LIQUIDO) EM VALORES NUMÉRICOS E GRÁFICOS INDEPENDENTES. APRESENTAR 3 TIPOS DE SOM: ALARME DOPPLER E INFORMAÇÃO ALÉM DE AJUSTES DE LIMITE DE ALARME (SUPERIOR/INFERIOR) E HORA E DATA. DIMENSÃO DA ABERTURA DO FEIXE 20 MM CIRCULAR. FAIXA BPM 30- 240 BPM. PRECISÃO +OU- 2% DE VARIAÇÃO. FUGA ISOLAMENTO >4 KV RMS PARTE APLICADA TIPO BF. ACESSÓRIOS: SONDA DOPPLER -CABO DE ENERGIA - BIVOLT ADAPTADOR DE ENERGIA- GEL DE ULTRASSOM- BOLSA PARA TRANSPORTE - MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.	UN	16,0000	1.552,00	24.832,00
Valor Total do Processo:					59.657,50