



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

ERRATA

Comunico a todos os interessados que houve alteração no descritivo dos seguintes itens:

Onde se lia:

02 – Máscara descartável com elástico

03 – Respirador descartável PFF2

Leia-se:

02 – Máscara descartável com elástico

Máscara cirúrgica descartável com elástico, com camada tripla proteção com filtro (Melt Blown), com clip nasal, não estéril, em 100% polipropileno não tecido com eficiência de filtragem bacteriana EFB>95%. Com Registro na ANVISA e com laudo EFB.

03 – Respirador descartável PFF2, sem válvula

Máscara PFF2, de proteção, com tiras ajustáveis, com eficácia mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3U, deve estar apropriadamente ajustada a face do profissional, possuir clipe de ajuste nasal de material moldável de fácil manuseio e colocação. Embalado individualmente, contendo lote, Registro na ANVISA, data de fabricação e validade, tamanho único.

Tendo em vista que as alterações irão influenciar na elaboração das propostas, fica designada nova data para abertura da sessão pública, em obediência ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. A data de início para envio das propostas eletrônicas será a partir de 24 de agosto de 2020 e a abertura da Sessão Pública será no dia 03 de setembro de 2020, às 09:00 horas.

Pirassununga, 21 de agosto de 2020

Sandra R. Fadini Carbonaro
Chefe da Seção de Licitação