



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 2488/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 55/2020

1. Tipo do Objeto:

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para a Secretaria Municipal da Saúde

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	407.1720009.34753	4	UN	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL RECARREGÁVEL APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL RECARREGÁVEL: DESCRIÇÃO MÍNIMA: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO; LIBERAÇÃO DE AR - VÁLVULA DE LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA; MÉTODO OSCILOMÉTRICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 4 PILHAS "AAA" DE 1,5 V., INCLUSAS OU CONECTADO AO CABO DE ENERGIA; VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 310 MEDIÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE PILHAS; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA - ADAPTA-SE A UMA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 220MM A 480MM	432,20	1.728,80
2	407.2440007.700	12	UN	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE INDICADO PARA RETER A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. TAMANHO APROXIMADO: 76x60cm E COM 0,25mm DE CHUMBO (Pb). ACABAMENTO COM CORINO ESPECIAL. FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO. COM ANVISA	583,63	7.003,60
3	407.2440007.30043	12	UN	AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE AVENTAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL, FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO. PB EQUIVALÊNCIA: 0,25MM. 600MM X 450MM. COM ANVISA	543,63	6.523,60
4	407.1850005.4	10	UN	CAMARA ESCURA SEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DE-SINFECCAO. BASE REMOVIVEL, FACILITANDO A COLETA DE RESIDUOS. VISOR DE ACRILICO DESTACAVEL OU NAO, COM OTIMA TRANSPARENCIA E TOTAL FILTRAGEM DE LUZ. CORPO REVESTIDO COM MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS, ACIDOS,SUBSTANCIAS ALCALINAS E DETERGEN- TES.	502,00	5.020,00
5	407.130001.278	15	UN	CANETA DE ALTA ROTACAO - USO ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA ROTACAO - USO ODONTOLOGICO -PONTAS ODONTOLOGICAS CANETA DE ALTA ROTACAO AUTOCLAVAVEL A 135 GRAUS,RE FRIGERACAO TRIPLA, CONEXAO TIPO BOR DEN, COM ROTA- CAO DE 420.000 RPM E COM SISTEMA RA PIDO DE TROCA DE BROCCAS QUE DISPENSA O SACA BROCCAS . MICRO MOTOR COM VELOCIDADE REGULAVEL DE 3.000 A 18.000 RPM COM PECA DE MAO E CONTRA ANGULO AUTOCLA VAVEIS A 135 GRAUS. COM CONEXÃO BORDEN, PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	664,00	9.960,00
6	407.540001.86	10	UN	CONTRA ANGULO FABRICADO EM ALUMINIO NIQUELADO CROMADO E LATAO NIQUELADO E CROMADO,COM TRATAMENTO DE SUPERFICIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECCAO O QUE GARAN TE PROLONGADA UTILIZACAO COM MAXIMO DESEMPENHO. RECARTELA SOFT DESENVOLVIDA COM BASE EM SISTEMA DIGITAL FACILITA OS MOVIMENTOS E GARANTE A SEGURAN CA NO USO SEM PROVOCAR CANSACO NA MAO E PULSO. SPRAY UNICO GARANTE A REFRIGERACAO DA AREA DE TRA- TAMENTO MESMO NAS SITUACOES MAIS DIFICEIS. COMPO- NENTER PROJETADOS PARA RESISTIR POR NO MINIMO 1000 CICLOS DE ESTERILIZACAO SEM COMPROMETER A QUALIDADE E CONSEQUENTEMENTE O RENDIMENTO DOS INS- TRUMENTOS. SISTEMA DE TROCA BROCCAS, PRATICO FECHO POSICIONADO NA CABECA DO INSTRUMENTO. ADAPTADOR DE BROCCAS TIPO "FG" PERMITE A UTILIZACAO DE BROCCAS DE ALTA ROTACAO. ENCAIXE UNIVERSAL INTRA PERMITE A TROCA RAPIDA E SEGURA DE INSTRUMENTOS . DESEMPENHO DE TRABALHO: MÍNIMO 20.000 RPM E MÁXIMO 25.000 RPM COM TORQUE EXCEPCIONAL, MANTENDO OS MAIOS BAIXOS INDICES DE RUÍDO E AUSENCIA DE VIBRACAO. TRANSMISSAO DE 1:1, PASSIVEL DE USO DE BROCCAS DO TIPO " AR" E "FG", COM SPRAY EXTERNO. COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES. ERGONÓMICO.	949,67	9.496,67
7	407.540001.21952	2	UN	CONTRA-ÂNGULO DE ENDODONTIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE INSTRUMENTO ROTATÓRIO. SISTEMA PUSH BUTTON. UTILIZA LIMAS TIPO NITI (SISTEMA ROTATÓRIO). SISTEMA DE TRANSMISSÃO: REDUÇÃO 70:1. MICRO CABEÇA COM DIÂMETRO DE 8,5MM. PINÇA DESENVOLVIDA PARA BROCCAS (LIMAS) DE ACORDO COM A NORMA ISO 1797-1. ACOPLAMENTO INTRA E-TYPE: ATENDE À NORMA ISO 3964. UTILIZADO EM MICROMOTORES ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. ENCAIXE INTRA.	1.447,67	2.895,33
8	407.600001.198	4	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO ADULTO DE PESO LEVE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA U NICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM E COM OLIVAS D E SILICONE.	138,00	552,00
9	407.2750000.1	10	UN	MICROMOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO. OBS:A CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DEVE SER ADAPTÁVEL EM QUALQUER MODELO OU MARCA DE GABINETE ODONTOLÓGICO, COMO TAMBÉM ADAPTÁVEL A MOTORES PARA ENDODONTIA. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM	683,67	6.836,67
					Vlr Total Itens	50.016,67

2. Justificativa Considerando a necessidade da compra de equipamentos odontológicos; Considerando que



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

a quantidade em estoque no almoxarifado é insuficiente para reposição; Considerando que alguns equipamentos estão quebrados e não é viável economicamente seus consertos; Considerando que não existem equipamentos disponíveis para reposição quando alguma peça quebra e os mesmos são enviados para assistência técnica; Solicito que seja aberto processo licitatório para a compra dos referidos equipamentos.

3. Entrega

ALMOXARIFADO DA SAÚDE

ENTREGA TOTAL.

15 DIAS ÚTEIS.

4. Pagamento

DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.

10 DIAS.